



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.25.000.М.001815.08.22 от 23.08.2022 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения согласно приложения в ООО "ЛМЗ" по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. К.Маркса 1 "А". Нежилое здание-механический цех № 2, помещение б/н

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Литейно-механический завод", 454048, г. Челябинск, ул. Загородная, д. 18, офис 5 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 05.08.2022г. № 74-20/01/08-15-2299-2022 выдано ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области". Орган инспекции. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710037. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

Заключение действительно до 22.08.2027 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3454178



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 74.50.25.000.М.001815.08.22 от 23.08.2022 г.

Перечень источников ионизирующего излучения:

- Аппарат рентгеновский для промышленной дефектоскопии Ратмир-190 (зав. № 313, 2007 г.выпуска, изготовитель ЗАО "Тестрон")
Максимальное анодное напряжение: 190 кВ
Сила тока: 5 мА
Вид работ: эксплуатация и хранение источника ионизирующего излучения для проведения промышленной рентгеновской дефектоскопии
Место проведения работ: механический цех № 2 ООО "ЛМЗ" по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. К.Маркса 1 "А". Нежилое здание-механический цех № 2, помещение б/н
- Аппарат рентгеновский переносной для промышленного применения РАП-220-5 (зав. № 93, 2005 г.выпуска, изготовитель ООО "Фотон")
Максимальное анодное напряжение: 220 кВ
Сила тока: 5 мА
Вид работ: эксплуатация и хранение источника ионизирующего излучения для проведения промышленной рентгеновской дефектоскопии
Место проведения работ: механический цех № 2 ООО "ЛМЗ" по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Нязепетровск, ул. К.Маркса 1 "А". Нежилое здание-механический цех № 2, помещение б/н



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.М. Ефремов
Ф.И.О. подпись, печать